2013 年 3 月

お客様各位

株式会社 東機貿
株式会社 佐多商会

人工呼吸器 ニューポートベンチレータ モデル HT70 に関する

重要なお知らせ

米国ニューポートメディカル社製人工呼吸器 ニューポートベンチレータ モデル HT70 のパワーパックバッテリーにおきまして、ご使用者様から故障事例の国内報告を受け取りました。製造元にて調査を実施した結果、同様の事例が発生する可能性が確認されましたので、自主回収の連絡をお知らせ申し上げます。

お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。深くお詫びするとともに、本回収へのご理解、ご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

【回収対象】

製品名　：ニューポートベンチレータ モデル HT70 のパワーパックバッテリー
回収対象及び出荷時期　：平成 22 年 8 月 24 日から 平成 25 年 2 月 14 日 に出荷した全数

【回収理由】

HT70 の外部電源コードを AC コンセントから抜いた時に、本来パワーパックバッテリーに切り替わりますが、この度、パワーパックバッテリー内の基板上にある部品がバッテリー残量を正しく認識できないことにより、短時間でバックアップ（内蔵）バッテリーに切り替わってしまう事象が発生する可能性があることが判明しました。なお、その場合にはバックアップ（内蔵）バッテリーによる駆動で換気は継続し、同時に警報も発生いたします。しかしながら、患者様の安全を考え、上記事象を解消するために自主回収いたします。なお、これまでに国内外を通じて健康被害の報告はありません。

【今後の対応】

準備が整い次第、新しく改善されたパワーパックバッテリーとの交換作業を実施させていただきます。改めて弊社担当者よりご案内申し上げますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

【お願い】

回収作業を実施させていただくまでの間の機器の使用に際しましては、次の《使用上の注意》をご確認いただきますようお願い申し上げます。

《使用上の注意》

1) HT70 をバッテリー駆動で使用する際は、緊急の場合に備えて、予備のバッテリーをご準備いただくか、もしくはできる限り AC・DC 電源を確保できる環境で使用してください。
2) 警報音量に関して、常に警報音が聞こえる環境で使用してください。
3) HT70 の添付文書および取扱説明書を必ずご参照ください。

【お問合せ先】

販売元：株式会社 東機貿　クリティカルケア製品部　Tel 03-5762-7251　Fax 03-5762-7253
ホームケア製品部　Tel 03-5762-7256　Fax 03-5762-7257
札幌支店　Tel 011-717-0350　Fax 011-758-3901
仙台支店　Tel 022-211-4551　Fax 022-211-4510
名古屋支店　Tel 052-775-7800　Fax 052-775-7830
大阪支店　Tel 06-4790-3100　Fax 06-4790-3101
福岡支店　Tel 092-271-4695　Fax 092-271-4669
製造販売元：株式会社 佐多商会 品質保証部　Tel 03-5762-3007　Fax 03-5762-3036